

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель генерального
директора-заместитель по научной
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»



(Handwritten signature)

А.Н. Щипунов

2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Капсюли микрофонные конденсаторные ВМК

Методика поверки

МП 340-12-22

2023 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки применяется для поверки капсулей микрофонных конденсаторных ВМК (далее – капсули), используемых в качестве рабочих средств измерений в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений эталону звукового давления в воздушной среде.

В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации		
	ВМК-201	ВМК-205	ВМК-206
Уровень чувствительности по холостому ходу на частоте 250 Гц, дБ (исх. 1 В/Па)	-38,0±2,0	-26,0±2,0	-38,0±2,0
Диапазон частот при нормированной неравномерности относительно 250 Гц, Гц			
±2,0 дБ	от 1,6 до 20 Гц	от 1,6 до 20 Гц	от 1,6 до 20 Гц
±0,8 дБ	св. 20 Гц до 4 кГц	св. 20 Гц до 4 кГц	св. 20 Гц до 4 кГц
±2,0 дБ	св. 4 до 20 кГц	св. 4 до 20 кГц	св. 4 до 10 кГц
±3,0 дБ	–	–	св. 10 до 20 кГц
±4,0 дБ	св. 20 до 25 кГц	–	–
±4,5 дБ	св. 25 до 40 кГц	–	–
Уровень собственных шумов (с предусилителем типа 2669), дБА, не более	40	22	40
Верхний предел динамического диапазона (при коэффициенте нелинейных искажений не более 6 %) на частоте 1 кГц, дБ (исх. 20 мкПа), не менее	162	146	162
Коэффициент влияния температуры на уровень чувствительности, дБ/°С	0,03	0,03	0,03
Коэффициент влияния относительной влажности на уровень чувствительности, дБ/%, не более	0,005	0,005	0,005

При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается передача единицы звукового давления в воздушной среде в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 30 ноября 2018 г. № 2537, подтверждающая прослеживаемость к ГПЭ единицы звукового давления в воздушной среде и аудиометрических шкал (ГЭТ 19-2018).

При определении метрологических характеристик поверяемого средства измерений используется метод непосредственного сравнения результата измерения поверяемого средства измерений со значением, определенным или воспроизведённым эталоном.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполнять операции, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	да	да	7
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	да	да	8.2
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	да	да	8.3
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	9
Оформление результатов поверки	да	да	10

2.2 Допускается проведение поверки капсюлей в сокращённом объёме на поддиапазонах измерений, которые используются при эксплуатации, по соответствующим пунктам настоящей методики поверки.

2.3 Капсюль может быть представлен на поверку в комплектации с предусилителем или предусилителем и блоком питания предусилителя. В этом случае вместо уровня чувствительности капсюля по холостому ходу определяют уровень чувствительности капсюля с предусилителем или уровень чувствительности капсюля с предусилителем и блоком питания предусилителя.

3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательные средства поверки, представленные в таблице 3.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8 Подготовка к поверке и опробование	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от +20 до +26 °С с абсолютной погрешностью не более 1 °С; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 до 65 % с погрешностью не более 2%; Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 95 до 106 кПа, с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа; Средства измерений уровня звука с частотной коррекцией С в диапазоне от 28 до 45 дБС, с относительной погрешностью не более 1 дБ; Средства измерений напряжения питающей сети в диапазоне от 145 до 250 В, с	Приборы комбинированные Testo 622, рег. № 53505-13; Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А, рег. № 48906-12;

<i>Операции поверки, требующие применение средств поверки</i>	<i>Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки</i>	<i>Перечень рекомендуемых средств поверки</i>
	<p>относительной погрешностью не более 1%;</p> <p>Средства измерений частоты питающей сети в диапазоне от 45 до 55 Гц, с абсолютной погрешностью не более 0,1 Гц</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11)</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
<p>п. 9.1 Определение уровня чувствительности по холостому ходу на частоте 250 Гц</p>	<p>Эталоны единицы звукового давления в воздушной среде – приёмники звука, соответствующие требованиям к рабочим эталонам по Государственной поверочной схеме для средств измерений звукового давления в воздушной среде и аудиометрических шкал (утверждена Приказом Росстандарта № 2537 от 30.11.2018) (далее – ГПС), на частоте 250 Гц</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$;</p> <p>Средства воспроизведения синусоидального сигнала с пределами допускаемых относительных погрешностей по частоте $\pm 1 \cdot 10^{-3}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>Государственный вторичный эталон единицы звукового давления в воздушной среде в диапазоне значений от 0,2 до 31,6 Па в диапазоне частот от 2 Гц до 100 кГц (рег. № 2.1.ZZT.0009.2015)</p> <p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11);</p> <p>Генераторы сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS360 (рег. № 45344-10)</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
<p>п. 9.2 Определение диапазона частот при</p>	<p>Эталоны единицы звукового давления в воздушной среде – излучатели звука, реализующие метод электростатического возбудителя, соответствующие требованиям</p>	<p>Государственный вторичный эталон единицы звукового давления в воздушной</p>

<i>Операции поверки, требующие применение средств поверки</i>	<i>Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки</i>	<i>Перечень рекомендуемых средств поверки</i>
нормированной неравномерности относительно 250 Гц	<p>к рабочим эталонам по ГПС, в диапазоне частот от 5 Гц до 100 кГц</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>среде в диапазоне значений от 0,2 до 31,6 Па в диапазоне частот от 2 Гц до 100 кГц (рег. № 2.1.ZZT.0009.2015)</p> <p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11);</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
п. 9.3 Определение уровня собственных шумов	<p>Средства измерений уровня звука с частотной коррекцией А.</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <p>акустические заглушенные камеры с уровнем фонового шума не более 14 дБА</p>	<p>Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А (рег. № 48906-12)</p>
п. 9.4 Определение верхнего предела динамического диапазона (при коэффициенте нелинейных искажений не более 6 %) на частоте 1 кГц	<p>Эталоны единицы звукового давления в воздушной среде – излучатели звука, соответствующие требованиям к рабочим эталонам по ГПС в диапазоне УЗД до дБ_{ГЛК} (исх. 20 мкПа);</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>Калибраторы 4221 (рег. № 7184-79);</p> <p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11);</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
п. 9.5 Определение коэффициента влияния температуры на уровень чувствительности	<p>Эталоны единицы звукового давления в воздушной среде – излучатели звука, реализующие метод электростатического возбудителя, соответствующие требованиям к рабочим эталонам по ГПС, на частоте 250 Гц</p>	<p>Государственный вторичный эталон единицы звукового давления в воздушной среде в диапазоне значений от 0,2 до 31,6 Па в диапазоне частот от 2 Гц до 100 кГц (рег. № 2.1.ZZT.0009.2015);</p>

<i>Операции поверки, требующие применение средств поверки</i>	<i>Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки</i>	<i>Перечень рекомендуемых средств поверки</i>
	<p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - климатическая камера с диапазоном установки температуры от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$ (абсолютная погрешность не более $\pm 1^{\circ}\text{C}$), диапазон установки относительной влажности от 30 до 60 % (абсолютная погрешность не более $\pm 3\%$); - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11);</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - климатическая камера SE-600-3-3; - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
<p>п. 9.6 Определение коэффициента влияния относительной влажности на уровень чувствительности</p>	<p>Эталоны единицы звукового давления в воздушной среде – излучатели звука, реализующие метод электростатического возбудителя, соответствующие требованиям к рабочим эталонам по ГПС, на частоте 250 Гц</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока с пределами допускаемых относительных погрешностей $\pm 1 \cdot 10^{-2}$</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - климатическая камера с диапазоном установки температуры от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$ (абсолютная погрешность не более $\pm 1^{\circ}\text{C}$), диапазон установки относительной влажности от 30 до 60 % (абсолютная погрешность не более $\pm 3\%$); - источник питания микрофонный, выходное напряжение поляризации 200 В; - усилитель предварительный микрофонный с возможностью подачи на микрофонный капсюль напряжения поляризации 200 В 	<p>Государственный вторичный эталон единицы звукового давления в воздушной среде в диапазоне значений от 0,2 до 31,6 Па в диапазоне частот от 2 Гц до 100 кГц (рег. № 2.1.ZZT.0009.2015);</p> <p>Мультиметры цифровые 34410А (рег. № 47717-11);</p> <p>Вспомогательное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - климатическая камера SE-600-3-3; - источники питания микрофонные 12АА-S2; - усилители предварительные микрофонный типа 2669
<p>Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице</p>		

3.2 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующие свидетельства (аттестаты) о поверке (аттестации).

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускается специалисты, имеющими высшее

техническое образование и опыт работы в области радиотехнических и акустических измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки капсюля необходимо соблюдать требования раздела «Указание мер безопасности» руководства по эксплуатации (далее – РЭ) капсюля и средств поверки.

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверку проводить в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха..... от 20 до 26 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 60 %;
- атмосферное давление..... от 96 до 104 кПа;
- уровень акустических помех не более 40 дБС.

При поверке должны соблюдаться указания, приведенные в РЭ на капсюли.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

7.1 При проведении внешнего осмотра проверить отсутствие механических повреждений корпуса и мембраны, ослабления крепления элементов конструкции.

7.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполнены требования п. 7.1.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ

8.1 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке выполнить следующие операции:

- изучить РЭ наверяемые капсюли и используемые средства поверки;
- визуально проверить комплектность капсюля на соответствие паспорту;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) необходимые средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, указанным в РЭ).

8.2 Контроль условий поверки

Измерить температуру окружающего воздуха, уровень акустических помех, относительную влажность окружающего воздуха непосредственно на месте поверки и атмосферное давление в помещении.

8.3 Опробование


Капсюль наверхнуть на соответствующий предусилитель. Обеспечить внешнее напряжение поляризации от источника питания. На выход предусилителя подключить вольтметр и, воздействуя на мембрану капсюля каким-либо акустическим сигналом (например, голосом), по показаниям вольтметра убедиться в том, что капсюль реагирует на акустический сигнал.

8.4 Результаты поверки считать положительными, если показания вольтметра изменяются синхронно акустическому сигналу.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Определение уровня чувствительности по холостому ходу на частоте 250 Гц

9.1.1 Уровень чувствительности капсюля по холостому ходу на частоте 250 Гц определить методом сличения при помощи компаратора звукового давления (далее – КомпЗД) по схеме, приведенной на рисунке 1.



1 – генератор сигналов; 2 – КомпЗД; 3 – эталонный капсюль; 4 – поверяемый капсюль; 5, 6 – предусилители микрофонные; 7 – источник питания микрофонный; 8 – вольтметр
Рисунок 1

9.1.2 Выполнить следующие операции:

- установить поверяемый капсюль 4 с предусилителем 6 в камеру КомпЗД 2, при этом вставлять в КомпЗД до упора, не применяя чрезмерных усилий, плавно, без рывков и перекосов;

- после установки капсюля с предусилителем в КомпЗД подождать не менее 1 минуты;

- установить на генераторе синусоидальный сигнал частотой 250 Гц и напряжением $5 V_{скз}$ и подать его на источник звука (телефон) в КомпЗД 2;

- измерить вольтметром 8 на выходах источника питания 7 (каналы 1 и 2) напряжения U_1 и U_2 (В), соответственно (при выполнении измерений контролировать значение сигнала – оно должно быть выше помех более чем в 10 раз).

9.1.3 Вычислить уровень чувствительности E_{250} (дБ исх. 1 В/Па) поверяемого капсюля по холостому ходу на частоте 250 Гц по формуле (1):

$$E_{250} = M + 20 \log_{10} \frac{U_2}{U_1} + \Delta K_{пу}, \quad (1)$$

где M – уровень чувствительности по давлению на частоте 250 Гц эталонного капсюля 3 с предусилителем 5 и источником питания 7 (канал 1), дБ (исх. 1 В/Па);

U_1 – напряжение с выхода источника питания 7 (канал 1) эталонного капсюля, В;

U_2 – напряжение с выхода источника питания 7 (канал 2) поверяемого капсюля, В;

$\Delta K_{пу}$ – поправка, равная усилению предусилителя 6, нагруженного на капсюль соответствующей модификации, взятая с обратным знаком, дБ.

9.1.4 Результаты поверки считать положительными, если уровни чувствительности капсюлей по холостому ходу на частоте 250 Гц находятся в пределах, приведённых в таблице 4.
Таблица 4

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации		
	ВМК-201	ВМК-205	ВМК-206
Уровень чувствительности по холостому ходу на частоте 250 Гц, дБ (исх. 1 В/Па)	$-38,0 \pm 2,0$	$-26,0 \pm 2,0$	$-38,0 \pm 2,0$

9.2 Определение диапазона частот при нормированной неравномерности относительно 250 Гц

9.2.1 Для частот от 20 Гц до верхней границы (таблица 5) диапазона частот капсюля, использовать метод электростатического возбудителя (далее – ЭВ) по схеме, приведенной на рисунке 2 при температуре окружающего воздуха $23 \pm 0,5^\circ \text{C}$.



1 – генератор сигналов; 2 – блок питания ЭВ; 3 – ЭВ; 4 – капсюль; 5 – предусилитель микрофонный; 6 – источник питания микрофонный; 7 – вольтметр
Рисунок 2

Таблица 5

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации		
	ВМК-201	ВМК-205	ВМК-206
Диапазон частот при нормированной неравномерности относительно 250 Гц, Гц			
±2,0 дБ	от 1,6 до 20 Гц	от 1,6 до 20 Гц	от 1,6 до 20 Гц
±0,8 дБ	св. 20 Гц до 4 кГц	св. 20 Гц до 4 кГц	св. 20 Гц до 4 кГц
±2,0 дБ	св. 4 до 20 кГц	св. 4 до 20 кГц	св. 4 до 10 кГц
±3,0 дБ	–	–	св. 10 до 20 кГц
±4,0 дБ	св. 20 до 25 кГц	–	–
±4,5 дБ	св. 25 до 40 кГц	–	–

Поверяемый капсюль с предусилителем из состава эталона жестко закрепить в вертикальном положении мембраной вверх в держателе. Клемму заземления блока питания ЭВ 2 соединить с предусилителем, защитную сетку с капсюля 4 осторожно снять, на капсюль установить ЭВ 3. При выполнении этих операций соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить мембрану капсюля. ЭВ подключить к выходу блока питания с постоянным напряжением +800 В.

С генератора 1 на блок питания ЭВ 2 подать синусоидальный сигнал частотой 250 Гц и напряжением $0,5 V_{скз}$. Усиление усилителя установить таким, чтобы показания вольтметра находились в пределах от $0,1 V_{скз}$ до $1 V_{скз}$. Вольтметром 7 измерить напряжение U_{250} . Перестраивать частоту генератора по остальным частотам третьоктавного ряда в диапазоне частот от 20 Гц до верхней границы диапазона частот капсюля. На каждой частоте вольтметром 7 измерить напряжение U_f . При выполнении измерений контролировать, чтобы сигнал был выше значения собственных шумов не менее, чем в 10 раз.

Для капсюлей модификаций ВМК-206 неравномерность $\Delta E_{f,вч}$ (дБ) частотной характеристики уровня чувствительности в диапазоне частот от 20 Гц до верхней границы диапазона относительно уровня чувствительности на 250 Гц вычислить по формуле (2):

$$\Delta E_{f,вч} = 20 \log_{10} \frac{U_f}{U_{250}} + \Delta_{п-давл}, \quad (2)$$


где U_f – напряжение, измеренное вольтметром 7 на частоте измерений, В;
 U_{250} – напряжение, измеренное вольтметром 7 на частоте 250 Гц, В;
 $\Delta_{п-давл}$ – дифракционная поправка для поля давления (приведена в Приложении 1) и используемого ЭВ.

Для капсюлей модификаций ВМК-201 и ВМК-205 неравномерность $\Delta E_{f,вч}^*$ (дБ) частотной характеристики уровня чувствительности в диапазоне частот от 20 Гц до верхней границы диапазона относительно уровня чувствительности на 250 Гц вычислить по формуле (3):

$$\Delta E_{f,вч}^* = 20 \log_{10} \frac{U_f}{U_{250}} + \Delta_{св-п}, \quad (3)$$

где $\Delta_{св-п}$ – дифракционная поправка для свободного поля (приведена в Приложении 2) и используемого ЭВ.

9.2.2 В диапазоне частот капсюля от нижней его границы (таблица 5) до 20 Гц использовать калибратор звукового давления (далее – КалЗД) по схеме, приведенной на рисунке 3.



1 – генератор сигналов; 2 – КалЗД; 3 – капсюль; 4 – предусилитель микрофонный;
5 – источник питания микрофонный; 6 – вольтметр

Рисунок 3

С генератора 1 на КалЗД 2 подать синусоидальный сигнал частотой 20 Гц и напряжением 1 В_{скз}. Вольтметром 6 измерить напряжение U₂₀. Перестраивать частоту генератора по остальным частотам третьоктавного ряда в диапазоне частот от 20 Гц до нижней границы диапазона частот капсюля. На каждой частоте вольтметром 6 измерить напряжение U_f. При выполнении измерений контролировать, чтобы сигнал был выше значения собственных шумов не менее, чем в 10 раз.

Неравномерность частотной характеристики уровня чувствительности капсюля на частотах измерений до 20 Гц относительно уровня на частоте 250 Гц вычислить:

- ΔE_{f,нч} (дБ) по формуле (4) для капсюлей модификаций ВМК-206;
- ΔE_{f,нч}^{*} (дБ) по формуле (5) для капсюлей модификаций ВМК-201 и ВМК-205.

$$\Delta E_{f,нч} = 20 \log_{10} \frac{U_f}{U_{20}} + \Delta E_{20,вч}, \quad (4)$$


$$\Delta E_{f,нч}^* = 20 \log_{10} \frac{U_f}{U_{20}} + \Delta E_{20,вч}^*, \quad (5)$$

где U_f – напряжение, измеренное вольтметром на частоте измерений, В;
U₂₀ – напряжение, измеренное вольтметром на частоте 20 Гц, В;
ΔE_{20,вч} и ΔE_{20,вч}^{*} – неравномерность частотной характеристики уровня чувствительности на частоте 20 Гц относительно уровня чувствительности на частоте 250 Гц (п. 9.2.1), дБ.

9.2.3 Результаты поверки считать положительными, если, во всём диапазоне частот неравномерность частотной характеристики уровня чувствительности капсюля относительно 250 Гц находится в пределах, приведённых в таблице 5.

9.3 Определение уровня собственных шумов

9.3.1 Уровень собственных шумов определить с использованием заглушенной акустической камеры по схеме, приведенной на рисунке 4.



1 – капсюль; 2 – предусилитель микрофонный; 3 – шумомер

Рисунок 4

Поместить поверяемый капсюль с предусилителем в заглушенную камеру. В шумомер ввести уровень чувствительности, определённый в п. 9.1, установить соответствующий капсюлю режим питания.

Шумомером измерить уровень звука L_ш (дБА) с частотной коррекцией А, принять его за уровень собственных шумов капсюлей.

9.3.2 Результаты поверки считать положительными, если уровни собственных шумов капсюлей не превышают значений, указанных в таблице 6.


Таблица 6

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации		
	ВМК-201	ВМК-205	ВМК-206
Уровень собственных шумов (с предусилителем типа 2669), дБА, не более	25	20	25

9.4 Определение верхнего предела динамического диапазона на частоте 1 кГц

9.4.1 Верхний предел динамического диапазона на частоте 1 кГц определить с использованием калибратора высокого давления (далее – КалВД) по схеме, приведенной на рисунке 5.

Поместить поверяемый капсюль с предусилителем из состава эталона и эталонный капсюль с предусилителем в камеру КалВД.



1 – генератор сигналов; 2 – усилитель мощности; 3 – КалВД; 4 – капсюль; 5 – предусилитель микрофонный; 6 – эталонный капсюль микрофона; 7 – предусилитель микрофонный; 8 – блок питания; 9 – измеритель коэффициента нелинейных искажений; 10 – вольтметр

Рисунок 5

Выполнить следующие операции:

- настроить на генераторе 1 синусоидальный сигнал с частотой 1 кГц и подать его через усилитель мощности 2 на вход калибратора высокого давления 3;

- установить на генераторе амплитуду напряжения, чтобы показание по вольтметру 10 с учётом чувствительности эталонного микрофона (6, 7 и 8) соответствовало верхнему пределу динамического диапазона капсюля (Таблица 7);

- измерителем 9 измерить коэффициент нелинейных искажений K_{Γ} (%).


9.4.2 Результаты поверки считать положительными, если на частоте 1 кГц на верхнем пределе динамического диапазона капсюля коэффициент нелинейных искажений K_{Γ} выходного сигнала не более 6 %.

Таблица 7

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации		
	ВМК-201	ВМК-205	ВМК-206
Верхний предел динамического диапазона (при коэффициенте нелинейных искажений не более 6 %) на частоте 1 кГц, дБ (исх. 20 мкПа), не менее	162	146	162

9.5 Определение коэффициента влияния температуры на уровень чувствительности

9.5.1 Определение коэффициента влияния температуры на уровень чувствительности провести с использованием климатической камеры методом ЭВ по схеме, приведенной на рисунке 6.



1 – генератор; 2 – источник питания ЭВ; 3 – вольтметр; 4 – блок питания; 5 – предусилитель;
6 – капсуль; 7 – ЭВ

Рисунок 6

Перед измерениями капсули выдержать 12 ч в нормальных внешних условиях.

9.5.2 Выполнить следующие операции:

- установить капсуль в климатическую камеру;
- установить ЭВ на капсуль с предварительно снятой защитной сеткой;
- установить в климатической камере температуру $T = -10^\circ \text{C}$ (при относительной влажности 50 %) и выдержать в течении 2 ч;
- на ЭВ подать напряжение поляризации 800 В;
- на выходе генератора установить синусоидальный сигнал с частотой 250 Гц и амплитудой, соответствующей показаниям вольтметра U_{250} (В), определённым п.9.2.1 при температуре $T_0 = 23^\circ \text{C}$;
- зафиксировать показание вольтметра U_t , В;
- вычислить изменение выходного сигнала капсуля ΔE_t (дБ) по формуле (6):

$$\Delta E_t = 20 \log_{10} \frac{U_t}{U_{250}}; \quad (6)$$

- вычислить коэффициент влияния температуры на уровень чувствительности капсуля K_t (дБ/°C) по формуле (7):

$$K_t = \left| \frac{\Delta E_t}{T - T_0} \right|. \quad (7)$$

9.5.3 Повторить операции п. 9.5.2 для температуры $T = +50^\circ \text{C}$.

9.5.3 Результаты поверки считать положительными, если коэффициенты влияния температуры на уровень чувствительности капсулей не более 0,03 дБ/°C.

9.6 Определение коэффициента влияния относительной влажности на уровень чувствительности

9.6.1 Определение коэффициента влияния относительной влажности на уровень чувствительности провести с использованием климатической камеры методом ЭВ по схеме, приведенной на рисунке 6.

Перед измерениями капсули выдержать 12 ч в нормальных внешних условиях.

9.6.2 Выполнить следующие операции:

- установить капсуль в климатическую камеру;
- установить ЭВ на капсуль;
- установить в климатической камере относительную влажность воздуха $\varphi = 10\%$ при температуре от 20 до 26 °C и выдержать в течении 2 ч;
- на ЭВ подать напряжение поляризации 800 В;
- на выходе генератора установить синусоидальный сигнал с частотой 250 Гц и амплитудой, соответствующей показаниям вольтметра U_{250} (В), определённым в п.9.2.1 при относительной влажности окружающего воздуха φ_0 от 30 до 60 % (в соответствии с п. 6.1 настоящей Методики поверки);

- зафиксировать показание вольтметра U_φ , В;
- вычислить изменение выходного сигнала капсуля ΔE_φ (дБ) по формуле (8):

$$\Delta E_\varphi = 20 \log_{10} \frac{U_\varphi}{U_{250}}; \quad (8)$$

- вычислить коэффициент влияния относительной влажности на уровень чувствительности капсуля K_φ (дБ/%) по формуле (9):

$$K_\varphi = \left| \frac{\Delta E_\varphi}{\varphi - \varphi_0} \right|. \quad (9)$$

9.6.3 Повторить операции п. 9.6.2 для относительной влажности $\varphi = 90 \%$.

9.6.4 Результаты поверки считать положительными, если коэффициенты влияния относительной влажности на уровень чувствительности капсулей не более 0,005 дБ/%.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Результаты поверки капсулей подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений. По заявлению владельца капсулей или лица, представившего его на поверку, на капсули выдается свидетельство о поверке средства измерений установленной формы, и (или) в паспорт капсулей вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению капсулей в случае отрицательных результатов поверки с указанием причин забракования.

10.2 В случае поверки капсулей в сокращённом объёме, при передаче сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений производится отметка о поверке в сокращённом объёме и приводятся сведения о подтверждённых в ходе поверки метрологических требованиях.

10.3 В случае представления на поверку капсулей в комплектации с предусилителем или предусилителем и блоком питания предусилителя, при передаче сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений приводятся сведения о типах и заводских (серийных) номерах предусилителя, блока питания предусилителя.

Начальник отдела 340 ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.С. Николаенко

Дифракционные поправки для приведения частотных характеристик капсулей ВМК-206, определённых методом электростатического возбудителя, к условиям поля давления и диффузного поля

Частота, Гц	Поправка, дБ	
	поле давления	диффузное поле
500 и ниже	0,00	0,00
630	0,00	0,00
800	0,00	0,00
1000	0,00	0,00
1250	0,00	0,00
1600	0,00	0,00
2000	0,05	0,00
2500	0,05	0,00
3150	0,00	-0,02
4000	-0,05	-0,04
5000	0,00	-0,07
6300	0,05	-0,12
8000	0,25	-0,21
10000	0,65	-0,17
12500	1,35	0,04
16000	1,95	0,19
20000	2,25	0,56

Дифракционные поправки для приведения частотных характеристик капсулей ВМК-201 и ВМК-205, определённых методом электростатического возбуждения, к условиям свободного поля

Частота, Гц	Поправка, дБ	
	ВМК-201	ВМК-205
500 и ниже	0,0	0,0
630	0,0	0,0
800	0,0	0,0
1000	0,1	0,1
1250	0,3	0,2
1600	0,5	0,2
2000	0,7	0,4
2500	0,9	0,5
3150	1,0	0,7
4000	1,4	1,0
5000	1,8	1,5
6300	2,6	2,2
8000	3,7	3,3
10000	5,2	4,0
12500	6,4	5,8
16000	7,3	8,5
20000	9,9	9,5
25000	11,4	–
31500	13,3	–
40000	14,0	–